

## PROCOLE D'ENTRETIEN ET DE RELEVÉ HEBDOMADAIRE DES TEMPERATURES DES REFRIGERATEURS POUR LES UNITES DE SOINS

Marque du frigo	Modèle	No identification HUG	Unité	Année du relevé

**Le relevé de la température doit toujours s'effectuer sur le même thermomètre.**

Le relevé est effectué par le personnel de l'unité sauf en présence d'une armoire Pyxis (par APUS).

**Cocher ci-après** sur quel thermomètre le relevé doit être réalisé dans l'unité de soins

(à choisir par ordre chronologique de fiabilité):

- (1) Si présent : relevé systématique sur le thermomètre du système Labguard
- (2) Sinon : relevé sur le thermomètre intégré du réfrigérateur (affichage sur la porte)
- (3) Si pas d'autres systèmes : lecture sur le thermomètre rond pour frigo (code article 99214)



### RELEVÉ DES TEMPERATURES DU FRIGO (Limites +2 à +8 °C)

Janvier - Juin

Juillet - Décembre

Sem.	Date	Temp. °C	Visa	Remarques
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

Sem.	Date	Temp. °C	Visa	Remarques
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

#### DECONGELATION

Date	Visa

#### NETTOYAGE

Date	Visa

### PROCEDURE D'ENTRETIEN

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ <b>Hebdomadaire</b><br/>Contrôler la température et compléter le relevé</li> <li>➔ <b>Valeurs hors normes ou Pannes</b><br/>Prévenir IRU de l'unité et voir avec service technique (frigoristes 26884)</li> <li>➔ <b>Selon les besoins (min. 2x / an)</b><br/>- Décongélation du compartiment congélateur (si présent)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage du frigo</li> <li>➔ Assurer la chaîne du froid des médicaments stockés (stockage provisoire dans autre frigo si possible)</li> <li>➔ Laver le compartiment réfrigérant avec de l'eau tiède (ev. additionnée d'une faible dose de détergent – type produit de vaisselle)</li> <li>➔ Rincer à l'eau claire et bien sécher</li> <li><b>Ne pas utiliser d'eau trop savonneuse, ni de produit de nettoyage abrasif, alcalin ou acide</b></li> </ul> |
|--|---|

\*\*\*\* Ce document doit être archivé 2 années civiles complètes en plus de l'année en cours dans l'unité \*\*\*\*