

Arrêt de la préparation des KIT d'insuline



~~Insuline UltraRapide pour PSE
kit 50UI=50mL
Code article: 449570~~

Commander:

• À la pharmacie



NovoRapid® 100 UI/mL
(1000 UI = 10 mL)

Code article: 128856

• Au magasin central



seringues à insuline stérile 50 UI = 0.5 mL
article 461118



filtres IV en ligne Pall AEF1E 0.22 µm
article 460419

1. Prélever 50 UI (= **0.5 mL**) de NovoRapid® au moyen d'une **seringue à insuline** uniquement
 2. Transférer le volume prélevé dans une seringue de 50 mL
 3. Compléter ad 50 mL avec NaCl 0.9% (volume total 50 mL)
 4. Mélanger délicatement la seringue (stable 24h).
 5. Mettre une étiquette blanche manuscrite:

Insuline 1UI/mL 50 UI= 50 mL date, heure, initiales institutionnelles
--
 6. Connecter la tubulure et le filtre en ligne et purger en position verticale.
 7. Connecter la tubulure et le filtre en ligne purgé au plus près du patient.
- Utiliser une fiole neuve pour chaque nouvelle administration IV.